



СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА НЕСПЕЦИФИЧНЕ ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ
"СОКОБАЊА" - СОКОБАЊА
Ул. Војводе Мишића 48, 18230 Сокобања



www.soko-banja.rs
sokobolnica@mts.rs

Директор + 381 18 830 148
Централа + 381 18 830 144
Маркетинг + 381 18 830 367
Комерцијала + 381 18 830 766
Фах + 381 18 830 072

ЖИРО РАЧУН: 840-537667-43
ПИБ: 100693517
Матични број: 07248261

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Специјална болница за
неспецифичне плућне болести
"СОКОБАЊА"
Број 02-26/6/10
16.11. 2018. год.
СОКОБАЊА

Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације ЈН 26/6

Питање бр.1) У Вашој конкурсној документацији на страни 58, у оквиру Упутства понуђачима како да сачине понуде, под тачком 1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена, навели сте да „Понуђач подноси понуду на српском језику“. Да ли је за наручиоца прихватљиво да се каталози понуђене опреме, техничке спецификације као и изјаве произвођача доставе на енглеском језику.

Одговор) Прихватљиво је да се каталози понуђене опреме, техничке спецификације као и изјаве произвођача доставе на енглеском језику, јер у конкурсној документацији није наглашено да исти морају бити достављени на српском језику.

Питање бр.2) У Моделу уговора који је саставни део конкурсне документације, у члану 5, став 3, стоји

„5.3 Продавац је дужан да се одазове у року од 24 часа од дана добијања писменог захтева од стране купца за отклањање кvara. Уколико продавац у року од 7 дана не отклони квар, дужан је да купцу да на коришћење други, исправни апарат, док се квар не отклони.“

С обзиром да је конкретно у партији 3, реч о специфичном рендген апарату, који се производи по потребама корисника и који се не држи на лагеру, и за чију је производњу потребно минимум 30 дана, сматрамо да захтев да у случају да продавац у року од 7 дана не отклони квар, дужан је да купцу да на коришћење други апарат, не може да испуни ниједан од потенцијалних понуђача. Из свега наведеног, молимо Вас за одговор, да ли је за наручиоца прихватљиво да се уместо заменског апарата у случају немогућности отклањања кvara у року од 7 дана, продужи гарантни рок за време трајања застоја апарата?

Одговор) Прихватљиво је. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације, а иста ће бити објављена дана 27.11.2018.године на Порталу јавних набавки и сајту Болнице.

Питање бр.3 - Партија 11. Апарат за континуирано праћење ЕКГ записа-холтер ЕКГ

Молимо наручиоца да за тачку 3. у партији 11.уклони обавезан услов- Регистрацију Алимс-а, јер по нашим сазнањима он као такав није регистрован у Алимс-у.

Одговор) Наручилац је дана 22.11.2018.године извршио измену конкурсне документације тако што је код обавезног услова под редним бројем 5 додао текст **"(само за производе који спадају у медицинска средства)"**.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

1. Зорица Јовановић

2. Ана Стојковић

3. Бојана Стојановић

