



СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА НЕСПЕЦИФИЧНЕ ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ
"СОКОБАЊА" - СОКОБАЊА
Ул. Војводе Мишића 48, 18230 Сокобања



www.soko-banja.rs
sokobolnica@mts.rs

Директор + 381 18 830 148
Централа + 381 18 830 144
Маркетинг + 381 18 830 367
Комерцијала + 381 18 830 766
Фах + 381 18 830 072

ЖИРО РАЧУН: 840-537667-43
ПИБ: 100693517
Матични број: 07248261

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Специјална болница за
неспецифичне плућне болести
"СОКОБАЊА"
Број 02-26/6/17
06.12. 2018. год.
СОКОБАЊА

Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације ЈН 26/6

Питање бр.1) У партији 8-Аутоматски хематолошки анализатор, у техничкој спецификацији, стављена је количина узорка 16,7 μ L. Овакву спецификацију може понудити само један понуђач, чиме је нарушено основно начело јавне набавке, а то је начело обезбеђивања конкуренције. Замолити би смо да измените техничку спецификацију у овој ставци и ставите-Минимална количина узорка 20 μ L, обзиром да је то клинички занемарљива разлика и тиме омогућите већу конкуренцију.

Одговор) Наручилац ће извршити измену техничке спецификације, тако да се не нарушава начело обезбеђивања конкуренције.

Питање бр.2) Да ли је прихватљив анализатор номиналног радног капацитета 40 тестова на час?

Одговор) Није прихватљиво. Наручилац је техничке карактеристике дао на основу својих потреба.

Питање бр.3) Да ли је прихватљив компактан анализатор (интегрисани екран у боји са командама на додир) димензија не већих од 400mm(D) x 350mm(Š) x 420mm(V) и масе не веће од 25kg?

Одговор) Није прихватљив. Наручилац је техничке карактеристике дао на основу својих потреба.

Питање бр.4) Да ли је прихватљиво понудити анализатор који користи 3 рутинска реагенса са следећом појединачном потрошњом реагенаса по анализи: Dil: 27,5ml / Lyse Diff: 1ml, Lyse LH: 0,2ml?

Одговор) Није прихватљиво. Наручилац је техничке карактеристике дао на основу својих потреба.

Наручилац ће у складу са одговорима извршити измену и допуну конкурсне документације, а иста ће бити објављена дана 06.12.2018.године на Порталу јавних набавки и сајту Болнице.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

1. Зорица Јовановић
2. Ана Стојковић
3. Срђан Ђорђевић

