



СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА  
ЗА НЕСПЕЦИФИЧНЕ ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ  
**"СОКОБАЊА" - СОКОБАЊА**  
Ул. Војводе Мишића 48, 18230 Сокобања



www.soko-banja.rs  
sokobolnica@mts.rs

Директор +381 18 830 148  
Централа +381 18 830 144  
Маркетинг +381 18 830 367  
Комерцијала +381 18 830 766  
Факс +381 18 830 072

ЖИРО РАЧУН: 840-537667-43  
ПИБ: 100693517  
Матични број: 07248261

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
Специјална болница за  
неспецифичне плућне болести  
**"СОКОБАЊА"**  
Број 02-2676/20  
10.12. 2018 год.  
**СОКОБАЊА**

Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације ЈН 26/6

**Питање бр.1)** На страни 21/66, Минималне техничке карактеристике за апарат за спирометрију и спровођење неинвазивних тестова функције плућа-Партија 12, наведене су техничке карактеристике које понуђени уређај мора да поседује.

Обзиром да је предмет јавне набавке апарат за спирометрију и спровођење неинвазивних тестова функције плућа и да је код тог типа опреме једна од најважнијих позиција систем за мерење протока ваздуха, скрећемо Вам пажњу да последњом изменом број 4, предметне јавне набавке нисте дефинисали тип сензора који желите да предметна опрема поседује. У складу са актуелним понудама најпознатијих светских произвођача предметне опреме ултразвучна технологија мерења протока представља најсавременије техничко технолошко решење, садашњост и апсолутну будућност мерења протока ваздуха. У циљу постизања највиших стандарда у раду Ваше установе и јасног одређивања квалитета предметне опреме да ли прихватате допуну конкурсне документације којом се захтева да сензор за мерење протока ваздуха треба да буде виšekратни, некалибришући, ултразвучни сензор, 100% отпоран на влагу?

**Одговор)** Не прихватамо допуну.

**Питање бр.2)** Имајући у виду да данас на тржишту постоје спирометри са различитим сензорима који су базирани на различитим технологијама и принципима рада, молимо Вас да прецизируте тип сензора који спирометар треба да користи, како би могли да Вам понудимо уређај за неинвазивно тестирање плућне функције сходно Вашим очекивањима и потребама.

Да ли сте мислили на механички пнеумотахо сензор или на сензор који ради на ултразвучном принципу нове генерације?

Како је критеријум за избор најповољније понуде јасан, зависно од Вашег одговора, бићемо у могућности да Вам понудимо иницијално јефтинији уређај са пнеумотахо сензором који је скупљи у експлоатацији, или скупљи и модернији уређај са ултразвучним сензором који је економичнији у периоду експлоатације.

**Одговор)** Наручилац је извршио измену и допуну техничке спецификације, тако да се не нарушава начело обезбеђивања конкуренције. На Вама је да одлучите који ће те апарат за спирометрију и спровођење неинвазивних тестова функције плућа понудити.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

1. Зорица Јовановић
2. Ана Стојковић
3. Срђан Ђорђевић