



СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА НЕСПЕЦИФИЧНЕ ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ
"СОКОБАЊА" - СОКОБАЊА
Ул. Војводе Мишића 48, 18230 Сокобања



www.soko-banja.rs
sokobolnica@mts.rs

Директор + 381 18 830 148
Централа + 381 18 830 144
Маркетинг + 381 18 830 367
Комерцијала + 381 18 830 766
Фах + 381 18 830 072

ЖИРО РАЧУН: 840-537667-43
ПИБ: 100693517
Матични број: 07248261

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Специјална болница за
неспецифичне плућне болести
"СОКОБАЊА"
Број 02-23/10/6
20.11. 2019 год.
СОКОБАЊА

Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације
ЈН 23/10

Партија 1 - Болнички кревети :

Ставка 1 - болнички кревет -на страни 4 конкурсне документације дат је опис траженог кревета у коме постоје следеће нејасноће :

Питање бр.1) - Наведено је " Болнички кревет израђен од челичних профила завршно заштићених пластифицирањем са обостраном оградом АБС и трапезом са ергономском ручком ... " . Молимо Вас да појасните на шта се тачно односи АБС у овој реченици пошто није јасно о чему се ради . Даље у тексту наведено је да је ограда алуминијумска тако да АБС у овој реченици нема смисла .

Одговор на питање бр.1) : АБС се односи на конструкцију кревета док је ограда од алуминијума без АБС-а.

Питање бр.2) Даље се наводе функције кревета и наводи се ТМГ. Да ли је можда у питању грешка и да ли се мисли на ТНГ (Транделенбург положај) ?

Одговор на питање бр.2) Мисли се на Транделенбург положај.

Питање бр.3) Наведено је да кревет поседује 4 точка са кочницама. Да ли се мисли да сва 4 точка имају кочнице, или само 2, како је стандард код већине болничких кревета?

Одговор на питање бр.3) Сва 4 точка имају кочнице.

Питање бр.4) - Наведено је да је ограда формирана са 6 стубова са "растером " што је нејасно. Дали је у питању грешка и да ли треба да стоји са тастером ?

Одговор на питање бр.4) Растер бочне ограде је формиран од 6 стубова.

Питање бр.5) - Наведено је да висина лежеће површине од пода до душека буде 45 до 55 цм. Да ли је за наручиоца прихватљиво понудити кревет чије је висина лежеће површине било која у опсегу од 45 до 55 цм ?

Одговор на питање бр.5) Висина лежеће површине од пода до душека треба буде од минимум 45 до максимум 55 цм.

Ставка 3 - Ерго прстен -

Молимо Вас да доставите детаљне карактеристике о траженом добру јер овако наведено не може се одредити који тачно производ се тражи.

Одговор: Захтева се стандардни антидекубитални ерго прстен за непокретне пацијенте.

Ставка 4 - Ерго јастук - молимо Вас да доставите детаљне карактеристике о траженом добру јер овако наведено не може се одредити који тачно производ се тражи.

Одговор: Захтева се стандардни антидекубитални ерго јастук за непокретне пацијенте.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

1. Др Ивана Богосављевић
2. Ана Стојковић
3. Др Иван Никодијевић

